Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2
Fecha Envío : 12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe : 10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra : Sangre Total
Versión del Informe : V 0

Desempeño

Satisfactorio	IZI <= 2.0
Cuestionable	2.0 < IZI < 3.0
Insatisfactorio	IZI >= 3.0

IZI = Valor absoluto de Z-score

Resultados

Material de Control : 039-1

Parámetros	Su resultado	n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Z-Score	Desempeño
% CD3+	59,0	12	59,2	0,83	1,41	0,3002	-0,31	-0,22	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+	1000,0	12	950	124,93	13,14	45,0801	5,16	0,39	Satisfactorio
% CD3+ CD4+	10,5	12	10,6	0,46	4,39	0,1671	-0,51	-0,12	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+ CD4+	178,0	12	167	18,29	10,93	6,6005	6,37	0,58	Satisfactorio
% CD3+ CD8+	42,1	12	42,8	2,89	6,76	1,0434	-1,56	-0,23	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+ CD8+	717,0	12	677	89,28	13,18	32,2166	5,81	0,44	Satisfactorio

Material de Control : 039-2

Parámetros	Su resultado	n	Xr	Sr	CVr	U(x)	D%	Z-Score	Desempeño
% CD3+	65,0	12	65,9	1,98	3,01	0,7157	-1,34	-0,44	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+	1092,0	12	970	100,07	10,31	36,1079	12,53	1,22	Satisfactorio
% CD3+ CD4+	40,2	12	42,0	2,81	6,68	1,0123	-4,24	-0,63	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+ CD4+	677,0	12	604	60,83	10,06	21,9515	11,96	1,19	Satisfactorio
% CD3+ CD8+	21,0	12	21,8	1,68	7,73	0,6070	-3,52	-0,46	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+ CD8+	357,0	12	317	44,86	14,15	16,1867	12,60	0,89	Satisfactorio

n: Número de Laboratorios Evaluados Xr: Media Robusta Sr: Desviación Estándar Robusta CVr: Coeficiente de Variación Robusto U(x):Incertidumbre

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 1 de 2
Fecha Envío : 12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe : 10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra : Sangre Total
Versión del Informe : V 0

Resultados por Técnicas

Técnica: Citometría de Flujo

Parámetros	Material de Control	n	Xr	Sr	CVr	U(x)
% CD3+	039-1	12	59,2	0,83	1,41	0,3002
% CD3+	039-2	12	65,9	1,98	3,01	0,7157
N° Absoluto CD3+	039-1	12	950	124,93	13,14	45,0801
N° Absoluto CD3+	039-2	12	970	100,07	10,31	36,1079
% CD3+ CD4+	039-1	12	10,6	0,46	4,39	0,1671
% CD3+ CD4+	039-2	12	42,0	2,81	6,68	1,0123
N° Absoluto CD3+ CD4+	039-1	12	167	18,29	10,93	6,6005
N° Absoluto CD3+ CD4+	039-2	12	604	60,83	10,06	21,9515
% CD3+ CD8+	039-1	12	42,8	2,89	6,76	1,0434
% CD3+ CD8+	039-2	12	21,8	1,68	7,73	0,6070
N° Absoluto CD3+ CD8+	039-1	12	677	89,28	13,18	32,2166
N° Absoluto CD3+ CD8+	039-2	12	317	44,86	14,15	16,1867

n: Número de Laboratorios Evaluados Xr: Media Robusta Sr: Desviación Estándar Robusta CVr: Coeficiente de Variación Robusto U(x):Incertidumbre

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Gráficos Analito: % CD3+





Gráficos con un número de participantes < 10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Gráficos Analito: N° Absoluto CD3+





Gráficos con un número de participantes < 10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Gráficos Analito: % CD3+ CD4+





Gráficos con un número de participantes < 10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Gráficos Analito: N° Absoluto CD3+ CD4+





Gráficos con un número de participantes < 10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Gráficos Analito: % CD3+ CD8+





Gráficos con un número de participantes < 10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Gráficos Analito: N° Absoluto CD3+ CD8+





Gráficos con un número de participantes < 10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Gráficos Z Score Históricos











Gráficos con un número de participaciones < 6 no se desplegarán.

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Desempeño Histórico

SRZ: Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 3 evaluaciones.

Parámetros	SRZ	Desempeño Histórico
% CD3+	-1,71	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+	-1,19	Satisfactorio
% CD3+ CD4+	1,88	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+ CD4+	-0,44	Satisfactorio
% CD3+ CD8+	0,58	Satisfactorio
N° Absoluto CD3+ CD8+	-1,53	Satisfactorio

Criterios para Desempeño Histórico: | SRZ | <= 2 Satisfactorio; 2 < | SRZ | < 3 Cuestionable y | SRZ | >= 3 Insatisfactorio. Donde | SRZ | = Valor absoluto de SRZ

Código de Laboratorio: 4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION

Identificación de la Evaluación

Envío	:	Envío 1 de 2
Fecha Envío	:	12 de abril de 2016
Fecha Entrega Informe	:	10 de mayo de 2016
Tipo de Muestra	:	Sangre Total
Versión del Informe	:	V 0

Observaciones

Específicas :

Generales :

La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente

Autorizado por: BQ. PATRICIA SANTIS ÁVALOS
PROFESIONAL SECCIÓN INMUNOLOGÍA.